SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment

Element Metech AB

Ackrediteringsnr: 0012

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Brus	Intern metod; T/2003:PMM1330	Bruskälla	-	0,14 dB - 0,20 dB	Mätning av brusfaktor	4 dB - 30 dB	10 MHz - 18 GHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Dämpning	Intern metod; T/2006:PMM3952	Stegdämpare	-	0,011 dB	Mätning av dämpning med signalanalysator	10 dB - 40 dB	50 MHz - 5 GHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Dämpning	Intern metod; T/2006:PMM3952	Stegdämpare	-	0,012 dB	Mätning av dämpning med signalanalysator	50 dB - 80 dB	50 MHz - 5 GHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Dämpning	Intern metod; T/2006:PMM3952	Stegdämpare	-	0,018 dB	Mätning av dämpning med signalanalysator	90 dB - 120 dB	50 MHz - 5 GHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Dämpning	Intern metod; T/2009:PMM7086	Stegdämpare	-	0,0065 dB	Mätning av dämpning med direkt substitution av dämpning	10 dB - 40 dB	50 MHz and 100 MHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Dämpning	Intern metod; T/2009:PMM7086	Stegdämpare	-	0,0076 dB	Mätning av dämpning med direkt substitution av dämpning	50 dB - 70 dB	50 MHz and 100 MHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Dämpning	Intern metod; T/2009:PMM7086	Stegdämpare	-	0,010 dB	Mätning av dämpning med direkt substitution av dämpning	80 dB - 120 dB	50 MHz and 100 MHz	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1024	Effektvisande	-	0,11 % - 0,84 %	Mätning av effekt med effektmeter	-70 dBm - 20 dBm	Connector N, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1024	Effektvisande	-	0,38 % - 1,8 %	Mätning av effekt med effektmeter	-30 dBm - 20 dBm	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1024	Effektvisande	-	0,39 % - 2,4 %	Mätning av effekt med effektmeter	-30 dBm - 20 dBm	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1024	Effektvisande	-	0,43 % - 2,2 %	Mätning av effekt med effektmeter	-30 dBm - 20 dBm	Connector k, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1025	Effektgenererande	-	0,11 % - 0,84 %	Kalibrering av effektreferensstandard	-70 dBm - 20 dBm	Connector N, 50 Ohm	Typ 2		Göteborg (ID 012)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1025	Effektgenererande	-	0,38 % - 1,8 %	Kalibrering av effektreferensstandard	-30 dBm - 20 dBm	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1025	Effektgenererande	-	0,39 % - 2,4 %	Kalibrering av effektreferensstandard	-30 dBm - 20 dBm	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1025	Effektgenererande	-	0,43 % - 2,2 %	Kalibrering av effektreferensstandard	-30 dBm - 20 dBm	Connector k, 50 Ohm	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1026	Effektvisande	-	0,17 % - 1,1 %	Mätning av kalibreringsfaktor med effektreferensstandard	0 dBm	Connector N, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1026	Effektvisande	-	0,31 % - 3,2 %	Mätning av kalibreringsfaktor med effektreferensstandard	0 dBm	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1026	Effektvisande	-	0,70 % - 2,2 %	Mätning av kalibreringsfaktor med effektreferensstandard	0 dBm	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2003:PMM1026	Effektvisande	-	0,71 % - 3,2 %	Mätning av kalibreringsfaktor med effektreferensstandard	0 dBm	Connector k, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2005:PMM3389	Effektvisande	-	0,11 dB - 2,4 dB	Generera effekt med effektreferensstandard	10 MHz - 50 GHz	-	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2006:PMM3623	Effektgenererande	-	0,012 dB	Mätning av effekt med signalanalysator	-80 dB - 0 dB	Relative power measurement	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2006:PMM3623	Effektgenererande	-	0,015 dB	Mätning av effekt med signalanalysator	-80dBm - 20dBm	Absolute power measurement	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2006:PMM3623	Effektgenererande	-	0,024 dB - 0,33 dB	Mätning av effekt med signalanalysator	-140 dB - -80 dB	Relative power measurement	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2006:PMM3623	Effektgenererande	-	0,025 dB - 0,33 dB	Mätning av effekt med signalanalysator	-140 dBm - -80 dBm	Absolute power measurement	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Effekt	Intern metod; T/2012:PMM8753	Effektgenererande	-	0,028 % - 0,041 %	Mätning av likströmseffekt	101 µW - 10 mW, Frekvens: 0 Hz	50 Ohm coaxial system DC	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$100 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $330 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	10 mH < I < 100 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$100 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $330 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	100 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$140 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $150 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	1 mH < I < 10 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$140 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $150 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	10 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$170 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	1 H	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$170 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	100 mH < I < 1 H	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$370 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $390 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	1 H < I < 10 H	Test frequency 100 Hz - 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$370 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $390 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	10 H	Test frequency 100 Hz - 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$450 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	100 µH	Test frequency 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$95 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $400 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	1 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8867	Induktansgenererande	-	$95 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $400 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Mätning av induktans genom jämförelse med induktansstandard	100 µH < I < 1 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8868	Induktansvisande	-	$140 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $150 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Generera induktans med induktansstandard	1 mH - 100 mH	Test frequency 100 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8868	Induktansvisande	-	$370 \cdot 10^{-6} \cdot I$ - $390 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Generera induktans med induktansstandard	1 H - 10 H	Test frequency 100 Hz - 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Induktans	Intern metod; T/2012:PMM8868	Induktansvisande	-	$430 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Generera induktans med induktansstandard	100 µH	Test frequency 100 Hz - 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Kapacitans	Intern metod; T/2004:PMM2214	Kapacitansvisande	-	0,0027·c - 0,0058·c	Kapacitansmätning på multimeter med kalibrator	11 nF - 110 nF	c=genererad kapacitans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Kapacitans	Intern metod; T/2004:PMM2214	Kapacitansvisande	-	0,0027·c - 0,0081·c	Kapacitansmätning på multimeter med kalibrator	110 nF - 110 µF	c=genererad kapacitans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Kapacitans	Intern metod; T/2004:PMM2214	Kapacitansvisande	-	0,012·c - 0,0027·c	Kapacitansmätning på multimeter med kalibrator	1 nF - 11 nF	c=genererad kapacitans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Kapacitans	Intern metod; T/2004:PMM2214	Kapacitansvisande	-	0,047·c - 0,012·c	Kapacitansmätning på multimeter med kalibrator	0,33 nF - 1 nF	c=genererad kapacitans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$120 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $1900 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	100 pF < c < 1 µF	Test frequency 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$200 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $1800 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	10 µF < c < 100 µF	Test frequency 100 Hz, 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$200 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $1800 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	10 µF and 100 µF	Test frequency 100 Hz, 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$210 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $1800 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	10 µF and 100 µF	Test frequency 100 Hz, 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$340 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $740 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	10 nF, 100 nF and 1 µF	Test frequency 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$380 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $2900 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	1 pF < c < 100 pF	Test frequency 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 2 MHz and 3MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$47 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $12000 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	1 pF, 10 pF, 100 pF and 1 nF	Test frequency 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 2 MHz and 3 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8865	Kapacitansgenererande	-	$51 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $5100 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Mätning av kapacitans genom jämförelse med kapacitansstandard	1 pF, 10 pF, 100 pF and 1 nF	Test frequency 100 Hz - 13 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8866	Kapacitansvisande	-	$210 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $1800 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Generera kapacitans med kapacitansstandard	10 µF and 100 µF	Test frequency 100 Hz, 1 kHz. Uncertainties has been calculated with a test voltage of 1 VRMS. Maxim	Typ 2		Arboga (ID 001)
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8866	Kapacitansvisande	-	$340 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $740 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Generera kapacitans med kapacitansstandard	10 nF, 100 nF and 1 µF	Test frequency 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Uncertainties has been calculated with a test voltage of 1 VRMS. Maximum test voltage is 10VRMS.	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Kapacitans	Intern metod; T/2012:PMM8866	Kapacitansvisande	-	$51 \cdot 10^{-6} \cdot c$ - $5100 \cdot 10^{-6} \cdot c$	Generera kapacitans med kapacitansstandard	1 pF, 10 pF, 100 pF and 1 nF	Test frequency 100 Hz to 13 MHz. Uncertainties has been calculated with a test voltage of 1 VRMS. Maximum test voltage is 10VRMS.	Typ 2		Arboga (ID 001)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,00011*g to 3E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	100 µS - 1 µS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,00011*g to 3E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	100nS - 1µS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,00011*g to 3E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	100nS to 1µS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,00046*g to 0,00011*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	10 nS - 100 nS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,00046*g to 0,00011*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	10nS - 100nS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,0079*g - 0,00046*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	5 nS - 10 nS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	0,0079*g - 0,00046*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	5nS - 10nS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	2,6E-005*g to 2,7E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	10µS - 2mS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	2,6E-005*g to 2,7E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	10µS - 2mS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	3E-005*g to 2,6E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	1 µS - 10 µS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Konduktans	Intern metod; T/2004:PMM2213	Konduktansvisande	-	3E-005*g to 2,6E-005*g	Konduktansmätning på multimeter med kalibrator	1µS - 10µS	g=uppmätt konduktans	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Reflektionsfaktor	Intern metod; T/2012:PMM8749	Avslutare	Reflektionskoefficient	0,00012 U	Mätning av reflektionsfaktor hos likström	0U - 1U, Frekvens: 0 Hz	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,000053 Ω - 0,00013 Ω	Resistans	1 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,000064 kΩ - 0,00013 kΩ	Resistans	1 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,000080 kΩ - 0,00024 kΩ	Resistans	2 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,00015 kΩ - 0,00059 kΩ	Resistans	5 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,00029 Ω - 0,0012 Ω	Resistans	10 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,00056 Ω - 0,0023 Ω	Resistans	20 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,00064 kΩ - 0,0013 kΩ	Resistans	10 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,00080 kΩ - 0,0024 kΩ	Resistans	20 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,0014 Ω - 0,0059 Ω	Resistans	50 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,0015 kΩ - 0,0059 kΩ	Resistans	50 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,0029 Ω - 0,012 Ω	Resistans	100 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,0057 Ω - 0,023 Ω	Resistans	200 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,0064 kΩ - 0,013 kΩ	Resistans	100 kΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,0083 mΩ - 0,23 mΩ	Resistans	100mΩ	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP108255	Resistansgenererande	AC	0,014 Ω - 0,059 Ω	Resistans	500 Ω	100Hz - 100kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}0 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	10 ohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}1 \cdot 10^{-2} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1090 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}2 \cdot 10^{-2} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	640 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}3 \cdot 10^{-2} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1090 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}3 \cdot 10^{-2} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	400 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	100 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	10 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	10 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$2{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1 kohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$2{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	10 kohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$2{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	100 kohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$3{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1 ohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$3{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	100 ohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$4{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1 ohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$4{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	290 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$4{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	290 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$4{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$5{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1 kohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$5{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	10 kohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$5{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	100 kohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$6{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	100 ohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$6{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	100 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$7{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	10 ohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2004:PMM2212	Resistansvisande	ESR	$7{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med kalibrator	1 Mohm	0 Ohm - 1100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$1{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 ohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$1{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 ohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$1{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 Gohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 Gohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}0 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}0 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 Mohm	100 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 Gohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	20 Gohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	20 Gohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$2{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 Gohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}2 \cdot 10^{-2} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 µohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 kohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 kohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}3 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 kohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}6 \cdot 10^{-2} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 µohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$4{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 ohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$5{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$5{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$5{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$5{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$6{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 ohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$6{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$7{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 ohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$7{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 kohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$7{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 kohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$7{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	100 kohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$8{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	1 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$8{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 ohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2005:PMM3279	Resistansgenererande	ESR	$9{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot r$	Mätning av resistans med multimeter	10 Mohm	0 Ohm - 20 GOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}0\ 10^{-6} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	100 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}1\ 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	1 Mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}2\ 10^{-4} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	100 Gohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}2\ 10^{-4} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	100 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	1 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	10 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}8\ 10^{-5} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	1 Gohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	$1{,}8 \cdot 10^{-4} \cdot r$	Generera resistans med resistansstandard	1 Gohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	1,9 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	2,0 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	2,0 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 Mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	2,1 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	2,3·10^{-5}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 µohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	2,7·10^{-5}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 Mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	3,5 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	3,5 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 Mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	4,0·10^{-5}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 Mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	4,3·10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	4,7 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,0 10^{-7}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,1 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 Mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,1 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,1 10^{-7}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,2 10^{-7}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,3 10^{-7}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,8 10^{-4}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 Tohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	5,9 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	6,4 10^{-5}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 Gohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	6,4 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	6,4 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 kohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	6,8·10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	1 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	7,0 10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 µohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	7,4·10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 mohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	9,0·10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	10 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8665	Resistansvisande	ESR	9,0·10^{-6}·r	Generera resistans med resistansstandard	100 ohm	100 µOhm - 1 TOhm	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	1,1 10^{-5}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	1 mohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	1,2 10^{-5}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	100 Mohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	1,3 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	100 kohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	1,6 10^{-4}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	1 Gohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	1,8 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	10 ohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	2,0 10^{-5}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	100 µohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	2,3 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	100 mohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	2,6 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	1 ohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	3,2 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	1 Mohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	4,5 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	10 Mohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	5,9 10^{-6}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	10 mohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	6,3 10^{-7}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	100 ohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	8,3 10^{-7}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	1 kohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
Resistans	Intern metod; T/2012:PMM8666	Resistansgenererande	ESR	9,7·10^{-7}·r	Mätning av resistans genom förhållande med resistansstandard	10 kohm	0 Ohm - 2 GOhm	Typ 2		Arboga (ID 001)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	± 2*arcsin(µ(|Γ|)/|Γ|) deg	Mäta fas med nätverksanalysator	Phase, |Γ| > µ(|Γ|)	|G| refl coeff magnitude, µ(|G|) uncertainty	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,0042 U - 0,0057U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, Frekvens: 100 kHz - 18 GHz	Connector GPC7, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,0043 U - 0,0086 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, Frekvens: 100 kHz - 18 GHz	Connector N, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,0067 U - 0,0086 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.5 U, Frekvens: 100 kHz - 18 GHz	Connector GPC7, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,0071 U - 0,011 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, Frekvens: 100 kHz - 26.5 GHz	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,0073 U - 0,014 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.5 U, Frekvens: 100 kHz - 18 GHz	Connector N, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,011 U - 0,017 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.5 U, Frekvens: 100 kHz - 26.5 GHz	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,013 U - 0,017 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 1.0 U, Frekvens: 100 kHz - 18 GHz	Connector GPC7, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,013 U - 0,030 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, Frekvens: 100 kHz - 50 GHz	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,013 U - 0,038 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, Frekvens: 100 kHz - 40 GHz	Connector k, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,016 U - 0,028 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 1.0 U, Frekvens: 100 kHz - 18 GHz	Connector N, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,020 U - 0,051 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.5 U, Frekvens: 100 kHz - 40 GHz	Connector k, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,021 U - 0,043 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.5 U, Frekvens: 100 kHz - 50 GHz	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,022 U - 0,034 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 1.0 U, Frekvens: 100 kHz - 26.5 GHz	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,023 dB - 0,21 dB	Mäta dämpning med nätverksanalysator	100 kHz - 18 GHz	Connector GPC7, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,026 dB - 0,21 dB	Mäta dämpning med nätverksanalysator	100 kHz - 18 GHz	Connector N, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,029 dB - 0,21 dB	Mäta dämpning med nätverksanalysator	100 kHz - 26.5 GHz	Connector 3.5mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,034 dB - 0,21 dB	Mäta dämpning med nätverksanalysator	100 kHz - 40 GHz	Connector k, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,037 dB - 0,21 dB	Mäta dämpning med nätverksanalysator	100 kHz - 50 GHz	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,038 U - 0,089 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 1.0 U, Frekvens: 100 kHz - 40 GHz	Connector k, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	0,046 U - 0,077 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 1.0 U, Frekvens: 100 kHz - 50 GHz	Connector 2.4mm, 50 Ohm	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Koaxial 1-port eller 2-port	-	180 deg	Mäta fas med nätverksanalysator	Phase, |Γ| <= μ(|Γ|)	|G| refl coeff magnitude, μ(|G|) uncertainty	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Vågledare 1-port eller 2-port	-	0,0071U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, 8 GHz - 12,4 GHz	Wave guide x-band	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Vågledare 1-port eller 2-port	-	0,0073U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.2 U, 8 GHz - 12,4 GHz	Wave guide x-band	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Vågledare 1-port eller 2-port	-	0,011 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.0 U, Frekvens: 12,4 GHz - 18 GHz	Wave guide p-band	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8730	Vågledare 1-port eller 2-port	-	0,012 U	Mäta reflektionsfaktor med nätverksanalysator	|Γ|= 0.2 U, Frekvens: 12,4 GHz - 18 GHz	Wave guide p-band	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8744	Testportskabel	-	0,0071 - 0,016 U	Kalibrering av testportskabel med nätverksanalysator	Reflection coefficient	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8744	Testportskabel	-	0,21 dB - 0,27 dB	Kalibrering av testportskabel med nätverksanalysator	Transmission	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8745	Effektsplitter	-	0,0056 - 0,012 U	Kalibrering av effektsplitter med nätverksanalysator	Reflection coefficient	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8745	Effektsplitter	-	0,0076 - 0,016 U	Kalibrering av effektsplitter med nätverksanalysator	Equivalent reflection coefficient	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8745	Effektsplitter	-	0,025 dB - 0,054 dB	Kalibrering av effektsplitter med nätverksanalysator	Insertion loss	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8745	Effektsplitter	-	0,038 dB - 0,080 dB	Kalibrering av effektsplitter med nätverksanalysator	Output tracking	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8746	Riktkopplare	-	0,0063 U - 0,020 U	Kalibrering av riktkopplare med nätverksanalysator	Directivity	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8746	Riktkopplare	-	0,0073 U - 0,021 U	Kalibrering av riktkopplare med nätverksanalysator	Reflection coefficient	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8746	Riktkopplare	-	0,010 U - 0,026 U	Kalibrering av riktkopplare med nätverksanalysator	Equivalent reflection coefficient	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8746	Riktkopplare	-	0,024 dB - 0,052 dB	Kalibrering av riktkopplare med nätverksanalysator	Coupling	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8748	SWR-brygga	-	0,0046 U - 0,0096 U	Kalibrering av SWR-brygga med nätverksanalysator	Reflection coefficient	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8748	SWR-brygga	-	0,0054 U - 0,011 U	Kalibrering av SWR-brygga med nätverksanalysator	Test port match	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8748	SWR-brygga	-	0,0062 U - 0,020 U	Kalibrering av SWR-brygga med nätverksanalysator	Directivity	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
S-parameter	Intern metod; T/2012:PMM8748	SWR-brygga	-	0,022 dB - 0,050 dB	Kalibrering av SWR-brygga med nätverksanalysator	Insertion loss	50 ohm coaxial system	Typ 2		Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3459	Spännings-genererande/visande	AC	$2{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot u$	Generering och mätning av högspänning AC med luftkondensatormätning	100 kV ≤ u ≤ 1,5 MV	45 Hz - 65 Hz (u = uppmätt spänning [V])	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3459	Spännings-genererande/visande	AC	$2{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot u$	Mätning av skalfaktor på mätsystem AC med luftkondensatormätning	0,9 V/V < u < 100000 V/V	100 kV ≤ u ≤ 1,5 MV, 45 Hz - 65 Hz (u = uppmätt spänning [V])	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3459	Spännings-genererande/visande	AC	$5{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot sf$ -$5{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot sf$	Mätning av skalfaktor på mätsystem AC med spänningsdelare	0,9 V/V < sf < 100000 V/V	45 Hz - 65 Hz, 0,75 kV < u < 330 kV, u= testspänning, sf=skalfaktor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3459	Spännings-genererande/visande	AC	$9{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot sf$ - $0{,}0016 \cdot sf$	Mätning av skalfaktor på mätsystem AC med högspänningsvoltmeter	0,9 V/V < sf < 100000 V/V	0.10 kV < u < 30 kV, u= testspänning, sf=skalfaktor, 45 Hz - 65 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3459	Spännings-genererande/visande	AC	$9{,}5 \cdot 10^{-4} \cdot u$ - $0{,}0016 \cdot u$	Mätning av skalfaktor på mätsystem AC med spänningsdelare	0,75 kV < u < 330 kV	45 Hz - 65 Hz, u= testspänning	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3459	Spänningsgenererande	AC	$8{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot u$ - $0{,}0022 \cdot u$	Mätning av skalfaktor på mätsystem AC med högspänningsvoltmeter	0,1 kV < u < 30 kV	45 Hz - 65 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3725	Spännings-genererande/visande	DC	$0{,}00031 \cdot u$	Mätning av skalfaktor på mätsystem DC med högspänningsvoltmeter	0.010 kV < u < 150 kV	-	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3725	Spännings-genererande/visande	DC	$0{,}0012 \cdot sf$ - $0{,}0013 \cdot sf$	Mätning av skalfaktor på mätsystem DC med spänningsdelare	0,1 V/V < u < 100000 V/V	150 kV < u < 400 kV, u= testspänning, sf=skalfaktor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3725	Spännings-genererande/visande	DC	$0{,}0012 \cdot u$	Mätning av skalfaktor på mätsystem DC med högspänningsvoltmeter	150 kV < u <400 kV	-	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3725	Spännings-genererande/visande	DC	$3{,}3 \cdot 10^{-4} \cdot sf$ - $3{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot sf$	Mätning av skalfaktor på mätsystem DC med spänningsdelare	0,1 V/V < u < 100000 V/V	1 kV < u < 150 kV, u= testspänning, sf=skalfaktor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3725	Spännings-genererande/visande	DC	$3{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot sf$ - $0{,}0047 \cdot sf$	Mätning av skalfaktor på mätsystem DC med högspänningsvoltmeter	0,9 V/V < sf < 100000 V/V	0.010 kV < u < 35 kV, u= testspänning, sf=skalfaktor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; AMP0012/2006:PMM3725	Spännings-genererande/visande	DC	$3{,}8 \cdot 10^{-4} \cdot u$ - $0{,}0073 \cdot u$	Mätning av skalfaktor på mätsystem DC med högspänningsvoltmeter	0.010 kV < u < 35 kV	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP108370	Genererande	-	0,023°	Mätning av fasvinkel med fasmeter	0 - 360° 10 mV - 630 V	50 Hz - 1 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP108370	Genererande	-	0,023° - 0,035°	Mätning av fasvinkel med fasmeter	0 - 360° 10 mV - 630 V	1 kHz - 5 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP108370	Genererande	-	0,025° - 0,047°	Mätning av fasvinkel med fasmeter	0 - 360° 10 mV - 630 V	6 kHz - 20 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP108370	Genererande	-	0,047° - 0,061°	Mätning av fasvinkel med fasmeter	0 - 360° 10 mV - 630 V	20 kHz - 50 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	0,00012·u - 1,3·10⁻5·u	Mätning av likspänning med multimeter	±1mV - ±10mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	0,12 µV	Mätning av likspänning med multimeter	0 mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	0,12·u - 0,00012·u	Mätning av likspänning med multimeter	±1µV - ±1mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	1,3·10⁻⁵·u - 2,5·10⁻⁶·u	Mätning av likspänning med multimeter	±10mV - ±200mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	1,6·10⁻⁶·u - 2,4·10⁻⁶·u	Mätning av likspänning med multimeter	±2V to ±20V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	1,6·10⁻⁶·u - 3,1·10⁻⁶·u	Mätning av likspänning med multimeter	±20V - ±200V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	3,1·10⁻⁶·u - 3,3·10⁻⁶·u	Mätning av likspänning med multimeter	±200V - ±1050V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM682	Spänningsgenererande	DC	$3{,}4 \cdot 10^{-6} \cdot u$ $-1{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter	±0,2V to ±2V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM915	Spänningsvisande	AC	0,22 dB - 0,80 dB	Bandbredd med oscilloskopkalibrator	±50 kHz - ±1100 MHz	50 Ohm, 10 mVPP - 5 VPP	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM915	Spänningsvisande	AC	0,22 dB - 0,80 dB	Bandbredd med oscilloskopkalibrator	50 kHz - 1100 MHz	50 Ohm 100 kHz < f <1100 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM915	Spänningsvisande	AC	0,22 dB - 0,80 dB	Bandbredd med oscilloskopkalibrator	50 kHz - 1100 MHz	50 Ohm, 10 mVPP - 5 VPP	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM915	Spänningsvisande	AC	0,22 dB - 1,30 dB	Bandbredd med oscilloskopkalibrator	±50 kHz - ±1100 MHz	1 MOhm, 10 mVPP - 5 VPP	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM915	Spänningsvisande	AC	0,22 dB - 1,30 dB	Bandbredd med oscilloskopkalibrator	50 kHz - 1100 MHz	1 MOhm 100 kHz < f <1100 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM915	Spänningsvisande	AC	0,22 dB - 1,30 dB	Bandbredd med oscilloskopkalibrator	50 kHz - 1100 MHz	1 MOhm, 10 mVPP - 5 VPP	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM916	Spänningsvisande	AC/DC	0,033 mV - 0,010 V	Kalibrering av vertikal noggrannhet med oscilloskopkalibrator	±1 mV - ±250 V	1 MOhm DC or 1 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM916	Spänningsvisande	AC/DC	0,033 mV - 0,010 V	Kalibrering av vertikal noggrannhet med oscilloskopkalibrator	±1 mV - ±250 V	1 MOhm, Dc or 1kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM916	Spänningsvisande	AC/DC	0,034 mV - 0,0097 V	Kalibrering av vertikal noggrannhet med oscilloskopkalibrator	±1 mV - ±5 V	50 Ohm DC or 1 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM916	Spänningsvisande	AC/DC	0,034 mV - 0,0097 V	Kalibrering av vertikal noggrannhet med oscilloskopkalibrator	±1 mV - ±5 V	50 Ohm, Dc or 1kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM917	Spänningsvisande	DC	0,033 mV - 0,049 V	Kalibrering av vertikal offset med oscilloskopkalibrator	±1 mV - ±250 V	50 Ohm and 1 MOhm	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2003:PMM917	Spänningsvisande	DC	0,033 mV - 0,049 V	Kalibrering av vertikal offset med oscilloskopkalibrator	±1 mV - ±250 V	50 Ohm and 1 MOhm DC	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	-	Generera likspänning med kalibrator	±100 µV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	0,14 µV	Generera likspänning med kalibrator	200 mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	0,9µV	Generera likspänning med kalibrator	±0 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$1{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±100 mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$1{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±10 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$3{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±100 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$3{,}4 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±1 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$3{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±1000 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$3{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±10 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$4{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±1 mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$4{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±10 mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$5{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±1 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$5{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±100 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$5{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±1000 V	-	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$5{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±1000 V	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2208	Spänningsvisande	DC	$6{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med kalibrator	±100 mV	0 V - ±1050 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	0,00026·u - 0,013·u	Generera växelspänning med kalibrator	2 mV - 20 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	0,0021·u - 0,21·u	Generera växelspänning med kalibrator	0,1 mV - 2 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Göteborg (ID 012)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	0,0042·u - 0,023·u	Generera växelspänning med kalibrator	1 - 2 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	$38 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - 0,00013·u	Generera växelspänning med kalibrator	2 V - 200 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	$39 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - 0,0026·u	Generera växelspänning med kalibrator	200 mV - 2 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	$44 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - 0,00033·u	Generera växelspänning med kalibrator	200 V -1000 V	10 Hz - 100 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2004:PMM2209	Spänningsvisande	AC	$91 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - 0,0034·u	Generera växelspänning med kalibrator	20 mV - 200 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	±60 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	100 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	±700 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	1000 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	0,14 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	200 mV	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	0,44 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	2 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	100 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	200 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	3,2 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	10 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	4,4 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	20 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	40 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	50 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6025	Spänningsgenererande	DC	500 µV	Kalibrera lastreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	500 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	±60 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	100 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	±700 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	1000 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	0,14 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	200 mV	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	0,44 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	2 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	100 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	200 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	3,2 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	10 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	4,4 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	20 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	40 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	50 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2007:PMM6027	Spänningsgenererande	DC	500 µV	Kalibrera nätspänningsreglering (CV-mode) på DC-nätaggregat	500 V	0 V - 1000 V	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	100 mV	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	100 V	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	1000 V	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	1 V	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	10 V	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$6{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	100 µV	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$6{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	1 mV	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8655	Spänningsgenererande	DC	$6{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning genom jämförelse med spänningsstandard	10 mV	±100 µV - ±1100 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	100 mV	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	100 V	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	1000 V	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	1 V	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-7} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	10 V	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$4{,}8 \cdot 10^{-4} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	100 µV	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$4{,}8 \cdot 10^{-5} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	1 mV	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8656	Spänningsvisande	DC	$4{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera likspänning med spänningsstandard	10 mV	±100 µV - ±1000 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8661	Spänningsgenererande	AC	$4{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $75 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av spänning AC med AC/DC Transfer Standard	600 mV - 20 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8661	Spänningsgenererande	AC	$58 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $365 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av spänning AC med AC/DC Transfer Standard	2 mV - 20 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8661	Spänningsgenererande	AC	$6{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $130 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av spänning AC med AC/DC Transfer Standard	20 mV - 200 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8661	Spänningsgenererande	AC	$7{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $55 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av spänning AC med AC/DC Transfer Standard	60 V - 100 V	10 Hz - 200 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8661	Spänningsgenererande	AC	$7{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $60 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av spänning AC med AC/DC Transfer Standard	20 V - 60 V	10 Hz - 300 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8661	Spänningsgenererande	AC	$9{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $40 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av spänning AC med AC/DC Transfer Standard	100 V - 1000 V	10 Hz - 100 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8662	Spänningsgenererande	AC	$14 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $600 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av växelspänning med multimeter	200 mV - 2 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8662	Spänningsgenererande	AC	$16 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $103 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av växelspänning med multimeter	20 V - 60 V	10 Hz - 300 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8662	Spänningsgenererande	AC	$16 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $750 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av växelspänning med multimeter	2 V - 20 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8662	Spänningsgenererande	AC	$17 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $120 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av växelspänning med multimeter	60 V - 100 V	10 Hz - 200 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8662	Spänningsgenererande	AC	$19 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $2500 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av växelspänning med multimeter	2 mV - 200 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8662	Spänningsgenererande	AC	$30 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $267 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av växelspänning med multimeter	100 V - 1000 V	10 Hz - 100 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8669	Spänningsvisande	AC	$4 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $90 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera växelspänning med AC/Dc Transfer Standard	200 mV - 20 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8669	Spänningsvisande	AC	$7 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $60 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera växelspänning med AC/Dc Transfer Standard	20 V - 60 V	10 Hz - 300 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8669	Spänningsvisande	AC	$8 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $40 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera växelspänning med AC/Dc Transfer Standard	100 V - 1000 V	10 Hz - 100 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8669	Spänningsvisande	AC	$8 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $55 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera växelspänning med AC/Dc Transfer Standard	60 V - 100 V	10 Hz - 200 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8669	Spänningsvisande	AC	$9 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $145 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera växelspänning med AC/Dc Transfer Standard	2 mV - 200 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8814	Spänningsvisande	AC/DC	$11 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $40 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	100 V - 1000 V	10 Hz - 100 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8814	Spänningsvisande	AC/DC	$25 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $300 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	2 mV - 200 mV	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8814	Spänningsvisande	AC/DC	$4 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $70 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	2 V - 20 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8814	Spänningsvisande	AC/DC	$4 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $90 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	200 mV - 2 V	10 Hz - 1 MHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8814	Spänningsvisande	AC/DC	$6 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $45 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	20 V - 60 V	10 Hz - 300 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8814	Spänningsvisande	AC/DC	$8 \cdot 10^{-6} \cdot u$ - $55 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	60 V - 100 V	10 Hz - 200 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8901	Spänningsgenererande	DC	$1{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter genom förhållande med spänningsstandard	100 V	±10 mV - ±1050 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8901	Spänningsgenererande	DC	$1{,}4 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter genom förhållande med spänningsstandard	1000 V	±10 mV - ±1050 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8901	Spänningsgenererande	DC	$1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter genom förhållande med spänningsstandard	10 mV	±10 mV - ±1050 V	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8901	Spänningsgenererande	DC	$1{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter genom förhållande med spänningsstandard	100 mV	±10 mV - ±1050 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8901	Spänningsgenererande	DC	$5{,}5 \cdot 10^{-7} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter genom förhållande med spänningsstandard	10 V	±10 mV - ±1050 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Spänning	Intern metod; T/2012:PMM8901	Spänningsgenererande	DC	$5{,}8 \cdot 10^{-7} \cdot u$	Mätning av likspänning med multimeter genom förhållande med spänningsstandard	1 V	±10 mV - ±1050 V	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	0,0039*i to 0,0040*i	Generera likström med kalibrator, mätning med strömtång	±1 mA - ±20 A	0 A - ±1000 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	0,0040*i to 0,0017*i	Generera likström med kalibrator, mätning med strömtång	±20 A - ±1000 A	0 A - ±1000 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	0,80 nA	Generera likström med kalibrator	0 A	0 A - ±20,5 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	1,2E-005*i to 1,8E-005*i	Generera likström med kalibrator, direktmätning	±1 µA - ±100 mA	0 A - ±20,5 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	1,3E-005*i to 2,1E-005*i	Generera likström med kalibrator, direktmätning	±100 mA - ±1 A	0 A - ±20,5 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	2,1E-005*i to 5,7E-005*i	Generera likström med kalibrator, direktmätning	±1 A - ±10 A	0 A - ±20,5 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2210	Strömvisande	DC	5,7E-005*i to 6,5E-004*i	Generera likström med kalibrator, direktmätning	±1 A - ±20 A	0 A - ±20,5 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00011*i - 0,0047*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	10 mA - 100 mA	10 Hz - 10 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00011*i - 0,0047*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	10 mA - 100 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00011*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	100 mA - 1 A	10 Hz - 10 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00012*i - 0,0082*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	1,0 mA - 10 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00012*i - 0,016*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	100 µA - 1,0 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00017*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	30 µA - 100 µA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,00029*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	1 A - 10 A	10 Hz - 10 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0012*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	10 A - 20 A	45 Hz - 400 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0012*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, direktmätning	10 A - 20 A	45 Hz - 5 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0012*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, mätning med strömtång	10 A - 20 A	45 Hz - 400 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0012*i - 0,023*i	Generera växelström med kalibrator, mätning med strömtång	10 A - 20 A	45 Hz - 5 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0018*i - 0,0022*i	Generera växelström med kalibrator, mätning med strömtång	200 A - 1000 A	45 Hz - 400 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0019*i - 0,0042*i	Generera växelström med kalibrator, mätning med strömtång	10 A - 200 A	45 Hz - 400 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0041*i - 0,0041*i	Generera växelström med kalibrator, mätning med strömtång	1 A - 10 A	45 Hz - 400 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2004:PMM2211	Strömvisande	AC	0,0041*i - 0,0043*i	Generera växelström med kalibrator, mätning med strömtång	1 mA - 1 A	10 HZ - 400 Hz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	0,0000096µA	Mätning av likström	0 µA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	0,00014*i to 0,00015*i	Mätning av likström	100 A - 500 A	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	1,1E-005*i to 3,0E-006*i	Mätning av likström	1 mA - 10 mA	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,6E-006*i to 2,7E-006*i	Mätning av likström	10 µA - 100 µA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,6E-006*i to 2,7E-006*i	Mätning av likström	10 µA - 100 µA	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,6E-006*i to 5,6E-006*i	Mätning av likström	1 00 mA - 1 A	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,6E-006*i to 5,6E-006*i	Mätning av likström	100 mA - 1 A	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,7E-006*i to 1,1E-005*i	Mätning av likström	100 µA - 1 mA	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,7E-006*i to 9,9E-006*i	Mätning av likström	100 µA - 1 mA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,8E-006*i to 2,6E-006*i	Mätning av likström	1 0 mA - 100 mA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	2,8E-006*i to 2,6E-006*i	Mätning av likström	10 mA - 100 mA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	3,0E-006*i to 4,0E-006*i	Mätning av likström	10 mA - 100 mA	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	4,0E-006*i to 5,6E-006*i	Mätning av likström	100 mA - 1 A	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	5,6E-006*i to 6,3E-006*i	Mätning av likström	1 A - 10 A	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	5,6E-006*i to 6,3E-006*i	Mätning av likström	1 A - 10 A	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	6,3E-006*i to 0,00014*i	Mätning av likström	1 0 A - 100 A	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	6,3E-006*i to 0,00014*i	Mätning av likström	10 A - 100 A	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	6,3E-006*i to 0,00014*i	Mätning av likström	10 A - 100 A	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	69E-006*i to 310E-006*i	Mätning av likström	300 A - 3000 A	0 A - ±3000 A, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	69E-006*i to 310E-006*i	Mätning av likström	300 A - 3000 A	Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	70E-006*i to 82E-006*i	Mätning av likström	10 A - 300 A	0 A - ±3000 A, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	70E-006*i to 82E-006*i	Mätning av likström	10 A - 300 A	Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	70E-006*sf to 82E-006*sf	Mätning av skalfaktor	0,001 A/A - 100k A/A	0 A - ±3000 A, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	70E-006*sf to 82E-006*sf	Mätning av skalfaktor	0,001 A/A - 100k A/A	Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	9,9E-006*i to 2,6E-006*i	Mätning av likström	1 µA - 10 µA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	9,9E-006*i to 2,6E-006*i	Mätning av likström	1 µA - 10 µA	0 A - ±500 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2006:PMM3454	Strömgenererande	DC	9,9E-006*i to 2,8E-006*i	Mätning av likström	1 mA - 10 mA	0 A - ±100 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	±69 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	30 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	±9,5 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	10 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	±95 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	100 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	0,031 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	0,1 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	0,069 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	30 mA	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	0,22 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	0,3 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	0,31 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	1 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6026	Strömgenererande	DC	2,2 µA	Kalibrering lastreglering (CC-mode) på DC nätaggregat	3 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	±69 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	30 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	±9,5 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	10 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	±95 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	100 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	0,031 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	0,1 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	0,069 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	30 mA	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	0,22 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	0,3 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	0,31 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	1 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2007:PMM6028	Strömgenererande	DC	2,2 µA	Kalibrera nätspänningsreglering (CC-mode) på DC-nätaggregat	3 A	0 A - 150 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	130E-006*sf to 380E-006*sf	Mätning av växelström med multimeter	0.001 A/A - 100k A/A	20 A - 2000 A, 50Hz, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$143 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $270 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	10 A - 600 A	50Hz, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$143 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $270 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	600 A - 2000 A	50Hz, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$210 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $143 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	10 A - 600 A	50Hz, Zero flux gate sensor	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$350 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $1267 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	±2,0 mA - ±300 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$350 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $1267 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	2,0 mA - 300 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$358 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $1267 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	±30 µA - ±2,0 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$358 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $1267 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	30 µA - 2,0 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$700 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $3167 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	±300 mA - ±20 A	10 Hz - 20 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8658	Strömgenererande	AC	$700 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $3167 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av växelström med multimeter	300 mA - 20 A	10 Hz - 20 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8659	Strömvisande	AC	$17 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $34 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera växelström med shunt	±2,0 mA - ±20 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8659	Strömvisande	AC	$18 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $73 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera växelström med shunt	±200 µA - ±2,0 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8659	Strömvisande	AC	$22 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $52 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera växelström med shunt	±20 mA - ±300 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8659	Strömvisande	AC	$36 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $90 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera växelström med shunt	±300 mA - ±20 A	10 Hz - 20 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8659	Strömvisande	AC	$46 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $70 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera växelström med shunt	20 A - ±100 A	10 Hz - 20 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8659	Strömvisande	AC	$52 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $303 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera växelström med shunt	±30 µA - ±200 µA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	$16 \times 10^{-6} \times i$	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	5 - 10 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	19 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	10 - 30 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	19 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	200 µA - 5 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	25 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	50 - 100 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	26 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	30 - 50 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	29 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	100 - 200 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	38 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	300 - 500 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	39 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	1 - 2 A	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	40 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	500 mA - 1 A	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	43 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	200 - 300 mA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	46 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	20 - 100 A	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	53 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	30 - 200 µA	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	72 × 10⁻⁶ × i	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	5 - 20 A	-	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	$74 \times 10^{-6} \times i$	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	3 - 5 A	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8660	Strömgenererande	AC	$80 \times 10^{-6} \times i$	Mätning av AC-ström med AC/DC transfer standard och shuntar	2 - 3 A	-	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$2{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	100 A	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$2{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	1 mA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	10 µA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	100 µA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$4{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	1 A	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$4{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	1 µA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$4{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	10 mA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$4{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	100 mA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8663	Strömgenererande	DC	$6{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter och shunt	10 A	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±100 µA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 mA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 A	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 mA	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 mA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±100 µA	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±100 µA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 mA	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 mA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}9 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 A	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$1{,}9 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 A	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$2{,}0 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 mA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$3{,}1 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±20 A	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$3{,}3 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 A	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$3{,}9 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±100 mA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±20 A	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±20 A	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 A	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 A	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}3 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 µA	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}3 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 µA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±100 mA	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$4{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±100 mA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$5{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 µA	±0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$5{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 µA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$5{,}9 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±1 µA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8664	Strömgenererande	DC	$6{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Mätning av likström med multimeter	±10 µA	0 A - ±20 A	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$1{,}9 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström med shunt	±100 A	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$2{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±10 µA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$3{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±10 mA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$3{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±100 mA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$3{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±1 µA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$4{,}6 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±100 µA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$6{,}4 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±1 mA	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$6{,}8 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±1 A	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8667	Strömvisande	DC	$7{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera likström med shunt	±10 A	±1 µA - ±100 A	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$10 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $60 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	10 mA - 100 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$15 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $40 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	300 µA - 5 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)

Elektricitet och magnetism

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$25 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $51 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	200 mA - 500 mA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$30 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $45 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	1 A - 3 A	10 Hz - 10 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$35 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $45 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	5 A - 20 A	10 Hz - 5 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$50 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $200 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	100 µA - 190 µA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8814	Strömvisande	AC/DC	$70 \cdot 10^{-6} \cdot i$ - $300 \cdot 10^{-6} \cdot i$	Generera AC/DC - skillnad med referensstandard	30 µA	10 Hz - 30 kHz	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot i$	Generera likström	10 pA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$1{,}3 \cdot 10^{-2} \cdot I$	Generera likström	1 pA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$1{,}5 \cdot 10^{-4} \cdot i$	Generera likström	100 pA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$1{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström	100 µA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström	10 µA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$2{,}0 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström	1 µA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$4{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström	100 nA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$7{,}4 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström	10 nA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)
Ström	Intern metod; T/2012:PMM8862	Strömvisande	DC	$7{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot i$	Generera likström	1 nA	±1 pA - ±100 µA	Typ 2		Arboga (ID 001)

Längdrelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	0,7%	-	160 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	0,7%	-	500 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	0,8%	-	80 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	0,9%	-	1000 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	1,1 %	-	10 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	1,1 %	-	2000 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	1,2%	-	10 Hz - 2500 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	1,3%	-	5 Hz - 10 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Acceleration	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP102161 Calibration of Accelerometers	Accelerometer	-	1,7%	-	2500 Hz - 10000 Hz	Amplitud max 200 m/s2	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Geometri	Intern metod; PTN/2020:PKI11889	Geometriska objekt	Bestämning av dimension, form och läge	Se anmärkning	Avkänningar i rymd med samma mätspets	X = 800 mm, Y = 1120 mm, Z = 400 mm	Mätosäkerheten är mätuppgiftsspecifik och bestäms från fall till fall enligt metoden ”Virtuell CMM”	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101326 Kalibrering av passbitar Metod B stål och hårdmetall	Passbit	-	0,07 µm	Mot Interferometriskt kalibrerade normaler	0,5-25 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101326 Kalibrering av passbitar Metod B stål och hårdmetall	Passbit	-	0,09 µm	Mot Interferometriskt kalibrerade normaler	25-50 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)

Längdrelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101326 Kalibrering av passbitar Metod B stål och hårdmetall	Passbit	-	0,12 µm	Mot Interferometriskt kalibrerade normaler	50-75 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101326 Kalibrering av passbitar Metod B stål och hårdmetall	Passbit	-	0,16 µm	Mot Interferometriskt kalibrerade normaler	75-100 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,21 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	0,5-25 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,22 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	25-50 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,24 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	50-75 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,27 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	75-100 mm	Stål, Hårdmetall	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,28 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	100-125 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,31 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	125-150 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,37 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	150-200 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,49 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	200-300 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,62 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	300-400 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101327 Kalibrering av passbitar Metod C stål och hårdmetall	Passbit	-	0,76 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	400-500 mm	Stål	Typ 2		Arboga (ID 001)

Längdrelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101328 Kalibrering av keramiska passbitar Metod C	Passbit	-	0,08 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	0,5-25 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101328 Kalibrering av keramiska passbitar Metod C	Passbit	-	0,10 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	25-50 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101328 Kalibrering av keramiska passbitar Metod C	Passbit	-	0,14 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	50-75 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101328 Kalibrering av keramiska passbitar Metod C	Passbit	-	0,16 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	75-100 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101329 Kalibrering av keramiska passbitar Metod D	Passbit	-	0,20 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	0,5-25 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101329 Kalibrering av keramiska passbitar Metod D	Passbit	-	0,22 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	25-50 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101329 Kalibrering av keramiska passbitar Metod D	Passbit	-	0,23 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	50-75 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	EL-CA-T-CMP-SE-SOP101329 Kalibrering av keramiska passbitar Metod D	Passbit	-	0,25 µm	Mot mekaniskt kalibrerade normaler	75-100 mm	Keramik	Typ 2		Arboga (ID 001)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11882	Längdvisande	-	0,5 µm	2-punktsmätning av utvändig diameter i längdmätbänk	0,1 mm - 100 mm	Släta, cylindriska tolkar	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11884	Längdvisande	-	2,4 µm	Mätning i längdmätbänk av den enkla medeldiametern	1 mm - 300 mm	Fasta gängtolkar	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11885	Längdvisande	-	2,4 µm	Mätning i längdmätbänk av den enkla medeldiametern	5 mm - 125 mm	Fasta gängringar	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11886	Längdvisande	-	0,5 µm	2-punktsmätning av utvändig diameter i längdmätbänk	0,1 mm - 20 mm	Cylindriska måttpinnar	Typ 2		Trollhättan (ID 008)

Längdrelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11887	Längdvisande	-	0,25 µm + 0,6·10-6·L	Mätning i längdmätbänk	>100 mm till 550 mm	Passbitar	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11888	Längdvisande	-	0,3 µm	Mätning i längdmätbänk	25 mm - 800 mm	Inställningsmått	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11890	Längdvisande	-	20 µm	Mätning med passbitar	0 mm - 600 mm	Skjutmått	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11891	Längdvisande	-	2,5 µm + 0,8·10-6·L	Mätning med passbitar	0 mm - 100 mm	Bygelmikrometerar	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11892	Längdvisande	-	0,6 µm + 10·10-6·L	Mätning i klockprovare	0 mm - 100 mm	Längdindikatorer	Typ 2		Trollhättan (ID 008)
Längd	Intern metod; PTN/2020:PKI11893	Längdvisande	-	(0,1 µm + L(i mm)/1100)	Mätning med laser	0 mm - 5000 mm	Mätutrustning med 1-dimensionella linjära skalor med laser	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)

Massarelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,08%rdg	Mäta kraft	1 kN - 10 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,12%rdg	Mäta kraft	10 kN - 100 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,14%rdg	Mäta kraft	0,4 kN - 0,5 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,16%rdg	Mäta kraft	0,3 kN - 0,4 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,18%rdg	Mäta kraft	0,5 kN - 1,0 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,22%rdg	Mäta kraft	0,2 kN - 0,3 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,40%rdg	Mäta kraft	0,1 kN - 0,2 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Kraft	Intern metod; KAL-AF-KO:2002.009	Kraftvisande	-	0,78%rdg	Mäta kraft	0,05 kN - 0,1 kN	Kraftmätgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(0,25 – 0,6) mg	E2	(200–500) g	Läsbarhet 0,1 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(15 – 40) µg	E2	(1–10) g	Läsbarhet 0,001 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Massarelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(2,2 – 2,9) mg	E2	(500–2000) g	Läsbarhet 1 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(2,5 – 4) g	M1	(30–200) kg	Läsbarhet 1 g	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(20 – 30) mg	E2	(2–10) kg	Läsbarhet 10 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(210 – 240) mg	F1	(10–30) kg	Läsbarhet 100 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(4,4 – 5) µg	E2	(1–10) mg	Läsbarhet 0,001 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(5 – 9) µg	E2	(10–100) mg	Läsbarhet 0,001 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(50 – 250) µg	E2	(10–200) g	Läsbarhet 0,01 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Massa	Intern metod; EL-CA-T-CMP-SE-SOP107358	Icke automatisk våg	-	(9 – 15) µg	E2	(100–1000) mg	Läsbarhet 0,001 mg	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Moment	Intern metod; MLK/2004:PMM2185	Momentvisande	-	0,002 Nm + 0,85%	Mäta moment	0,07 Nm ≤ τ ≤ 2 Nm	Momentgivare; Kalibrering av momentnycklar och momentmejslar	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Moment	Intern metod; MLK/2004:PMM2185	Momentvisande	-	0,012 Nm + 0,90%	Mäta moment	2 Nm < τ < 10 Nm	Momentgivare; Kalibrering av momentnycklar och momentmejslar	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Moment	Intern metod; MLK/2004:PMM2185	Momentvisande	-	1,0%	Mäta moment	10 Nm ≤ τ ≤ 1000 Nm	Momentgivare; Kalibrering av momentnycklar	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Moment	Intern metod; MLK/2005:PMM2781	Momentvisande	-	0,054%	Generera moment mha vikter och mätarm	1000 Nm ≤ τ ≤ 1500 Nm	Momentarm; Kalibrering av momentgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Moment	Intern metod; MLK/2005:PMM2781	Momentvisande	-	0,058%	Generera moment mha vikter och mätarm	0,01 Nm ≤ τ < 1000 Nm	Momentarm; Kalibrering av momentgivare	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	-	6,5 Pa - 7,2 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	(75 -115) kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Barometer. Luft.	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	0,18 kPa - 0,28 kPA	Jämförelse mot tryckreferens	>2,0 MPa till 3,6 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Massarelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	0,23 kPa - 0,64 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	0,2 MPa till 6,1 MPa	Tryckvåg. Olja	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	0,69 kPa - 1,3 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>3,6 MPa till 10 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	1,1 kPa - 5,8 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>6,1 MPa till 60,1 MPa	Tryckvåg. Olja	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	1,5 kPa - 4,0 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>10 MPa till 30 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	10 Pa - 16 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>60 kPa till 200 kPA	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft. Fält endast upp till 130 kPa.	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	11 Pa - 0,16 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	120 kPa till 2,6 MPa	Tryckvåg. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	30 Pa - 48 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>0,2 MPa till 0,8 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	7,2 Pa - 8,5 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>0 kPa till 60 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Absoluttryck	87 Pa - 0,18 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>0,8 MPa till 2,0 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	0,19 kPa - 0,28 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>2,0 MPa till 3,5 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	0,23 kPa - 0,63 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	0,1 MPa till 6,0 MPa	Tryckvåg. Olja	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	0,42 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	<-0,95 kPa till <0 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Massarelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	0,42 Pa - 2,4 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>0 kPa till 10,6 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	0,59 kPa - 1,3 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>3,5 MPa till 10 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	1,1 kPa - 5,8 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>6,0 MPa till 60 MPa	Tryckvåg. Olja	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	1,5 kPa - 4,0 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	>10 MPa till 30 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	15 Pa - 33 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>0,1 MPa till 0,4 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	2,4 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	<-18 kPa till -5,5 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	2,4 Pa - 0,42 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	<-5,5 kPa till -0,95 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	2,4 Pa - 9,0 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>10,6 kPa till 100 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	2,5 Pa - 0,15 kPa	Jämförelse mot tryckreferens	20 kPa till 2,5 MPa	Tryckvåg. Kvävgas eller luft	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	33 Pa - 43 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	>0,4 MPa till 0,7 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	56 Pa - 0,16 kPA	Jämförelse mot tryckreferens	>0,7 MPa till 2,0 MPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tryck	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP103821 Calibration of Pressure Manometers and Gauges	Tryckvisande	Gaugetryck	9,0 Pa - 2,4 Pa	Jämförelse mot tryckreferens	-100 kPa till -18 kPa	Elektromekanisk tryckkalibrator. Kvävgas eller luft	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Massarelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,012 µl	Gravimetrisk	≥ 0,1µl - ≤ 0,2µl	Pipetter	Typ 2		Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,017µl	Gravimetrisk	> 0,2µl - ≤ 0,5µl	Pipetter	Typ 2		Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,022µl	Gravimetrisk	> 0,5µl - ≤ 1,25µl	Pipetter	Typ 2		Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,027µl	Gravimetrisk	> 1,25µl - ≤ 2,5µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,039µl	Gravimetrisk	> 2,5µl - ≤ 5,0µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,057µl	Gravimetrisk	> 5,0µl - ≤ 10µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,075µl	Gravimetrisk	> 10µl - ≤ 20µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,14µl	Gravimetrisk	> 20µl - ≤ 50µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,23µl	Gravimetrisk	> 50µl - ≤ 100µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,34µl	Gravimetrisk	> 100µl - ≤ 200µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,61µl	Gravimetrisk	> 200µl - ≤ 300µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	0,71µl	Gravimetrisk	> 300µl - ≤ 500µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	1,2µl	Gravimetrisk	> 500µl - ≤ 1000µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	14µl	Gravimetrisk	> 5000µl - ≤ 10000µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	2,3µl	Gravimetrisk	> 1000µl - ≤ 1250µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	2,7µl	Gravimetrisk	> 1250µl - ≤ 2000µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	25µl	Gravimetrisk	> 10000µl - ≤ 25000µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	3µl	Gravimetrisk	> 2000µl - ≤ 2500µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)

Massarelaterade storheter

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	49µl	Gravimetrisk	> 25000µl - ≤ 50000µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)
Volym	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100507	Volymgenererande	-	5µl	Gravimetrisk	> 2500µl - ≤ 5000µl	Pipetter	Typ 2	Utförs i fält	Kista (ID 010)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Luftfuktighet	Intern metod; EL-CA-T-MOM-XX-SOP100344 Calibration of hygrometers for measurement of relative humidity	Relativ fuktmätande	Relativ luftfuktighet	0,34% - 1,2%	Jämförelse i kammare mot spegelhygrometer adderat med lufttemperaturmätare	5% - 95%	20°C - 26°C	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0023°C – 0,0029°C	-	-200°C≥t≥0°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0023°C – 0,0029°C	Resistans 4-tråd	-200°C≥t≥0°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0023°C – 0,0029°C	Resistans 4-tråd	-200°C≥t≥0°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0029°C – 0,0035°C	-	0°C≥t≥100°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0029°C – 0,0035°C	Resistans 4-tråd	0°C≥t≥100°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0029°C – 0,0035°C	Resistans 4-tråd	0°C≥t≥100°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0035°C – 0,0036°C	-	100°C≥t≥200°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0035°C – 0,0036°C	Resistans 4-tråd	100°C≥t≥200°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0035°C – 0,0036°C	Resistans 4-tråd	100°C≥t≥200°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0036°C – 0,0056°C	-	200°C≥t≥400°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0036°C – 0,0056°C	Resistans 4-tråd	200°C≥t≥400°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0036°C – 0,0056°C	Resistans 4-tråd	200°C≥t≥400°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0056°C – 0,0080°C	-	400°C≥t≥800°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0056°C – 0,0080°C	Resistans 4-tråd	400°C≥t≥800°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Elektriskt simulerad temperatur	0,0056°C – 0,0080°C	Resistans 4-tråd	400°C≥t≥800°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0012°C – 0,0052°C	Resistans 4-tråd	0°C≥t≥100°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0025°C – 0,0012°C	Resistans 4-tråd	-200°C≥t≥0°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0052°C – 0,0062°C	Resistans 4-tråd	100°C≥t≥200°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0062°C – 0,0088°C	Resistans 4-tråd	200°C≥t≥400°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0088°C – 0,015°C	Resistans 4-tråd	400°C≥t≥800°C	Temperature simulators RTD (IEC 60751), t = measured temperature	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,042°C – 0,043°C	Voltmeter, CJC av	1500°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,042°C – 0,043°C	Voltmeter, CJC av	1500°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,084°C – 0,042°C	Voltmeter, CJC av	580°C≥t≥1500°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,084°C – 0,042°C	Voltmeter, CJC av	580°C≥t≥1500°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,084°C	Voltmeter, CJC av	445°C≥t≥580°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,084°C	Voltmeter, CJC av	445°C≥t≥580°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,19°C – 0,11°C	Voltmeter, CJC av	250°C≥t≥445°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,19°C – 0,11°C	Voltmeter, CJC av	250°C≥t≥445°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,40°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC på	580°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,46°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC av	580°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,51°C – 0,40°C	Temperaturkalibrator, CJC på	445°C≥t≥580°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,58°C – 0,46°C	Temperaturkalibrator, CJC av	445°C≥t≥580°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,65°C – 0,51°C	Temperaturkalibrator, CJC på	350°C≥t≥445°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,74°C – 0,58°C	Temperaturkalibrator, CJC av	350°C≥t≥445°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	0,91°C – 0,65°C	Temperaturkalibrator, CJC på	250°C≥t≥350°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B	Elektriskt simulerad temperatur	1,0°C – 0,74°C	Temperaturkalibrator, CJC av	250°C≥t≥350°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,027°C – 0,037°C	Voltmeter, CJC av	1000°C≥t≥1800°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,027°C – 0,037°C	Voltmeter, CJC av	1000°C≥t≥1800°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,028°C – 0,027°C	Voltmeter, CJC av	250°C≥t≥1000°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,028°C – 0,027°C	Voltmeter, CJC av	250°C≥t≥1000°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,036°C – 0,028°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥250°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,036°C – 0,028°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥250°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,037°C – 0,066°C	Voltmeter, CJC av	1800°C≥t≥2315°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,037°C – 0,066°C	Voltmeter, CJC av	1800°C≥t≥2315°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,15°C – 0,38°C	Temperaturkalibrator, CJC av	250°C≥t≥2315°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C	Elektriskt simulerad temperatur	0,19°C – 0,15°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥250°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,028°C – 0,064°C	Voltmeter, CJC av	300°C≥t≥2315°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,028°C – 0,064°C	Voltmeter, CJC av	300°C≥t≥2315°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,037°C – 0,028°C	Voltmeter, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,037°C – 0,028°C	Voltmeter, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,051°C – 0,037°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,051°C – 0,037°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,15°C – 0,27°C	Temperaturkalibrator, CJC av	300°C≥t≥2100°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,20°C – 0,15°C	Temperaturkalibrator, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,27°C – 0,20°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ D	Elektriskt simulerad temperatur	0,27°C – 0,37°C	Temperaturkalibrator, CJC av	2100°C≥t≥2315°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,0082°C – 0,0085°C	Voltmeter, CJC av	15°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,0082°C – 0,0085°C	Voltmeter, CJC av	15°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,019°C – 0,0082°C	Voltmeter, CJC av	-195°C≥t≥15°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,019°C – 0,0082°C	Voltmeter, CJC av	-195°C≥t≥15°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,043°C – 0,019°C	Voltmeter, CJC av	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,043°C – 0,019°C	Voltmeter, CJC av	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,044°C – 0,058°C	Temperaturkalibrator, CJC av	15°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,086°C – 0,041°C	Voltmeter, CJC på	-115°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,044°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-195°C≥t≥15°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,086°C	Voltmeter, CJC på	-195°C≥t≥-115°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,14°C – 0,076°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-155°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,19°C – 0,14°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-195°C≥t≥-155°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,24°C – 0,11°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,26°C – 0,11°C	Voltmeter, CJC på	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,31°C – 0,043°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,31°C – 0,043°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	0,43°C – 0,19°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	1,8°C – 0,24°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	1,9°C – 0,26°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E	Elektriskt simulerad temperatur	3,1°C – 0,43°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,027°C – 0,049°C	Voltmeter, CJC av	1760°C≥t≥2315°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,027°C – 0,049°C	Voltmeter, CJC av	1760°C≥t≥2315°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,042°C – 0,027°C	Voltmeter, CJC av	300°C≥t≥1760°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,042°C – 0,027°C	Voltmeter, CJC av	300°C≥t≥1760°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,092°C – 0,042°C	Voltmeter, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,092°C – 0,042°C	Voltmeter, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,16°C – 0,28°C	Temperaturkalibrator, CJC av	600°C≥t≥2315°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,23°C – 0,16°C	Temperaturkalibrator, CJC av	300°C≥t≥600°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,38°C – 0,092°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,38°C – 0,092°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	0,49°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ G	Elektriskt simulerad temperatur	2,0°C – 0,49°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,0089°C – 0,011°C	Voltmeter, CJC av	200°C≥t≥1200°C	TC Type J (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,0089°C – 0,011°C	Voltmeter, CJC av	200°C≥t≥1200°C	TC Type J (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,0097°C – 0,0089°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥200°C	TC Type J (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,0097°C – 0,0089°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥200°C	TC Type J (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,012°C – 0,0097°C	Voltmeter, CJC av	-100°C≥t≥0°C	TC Type J (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,012°C – 0,0097°C	Voltmeter, CJC av	-100°C≥t≥0°C	TC Type J (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,025°C – 0,028°C	Voltmeter, CJC på	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,026°C – 0,012°C	Voltmeter, CJC av	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,026°C – 0,012°C	Voltmeter, CJC av	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,031°C – 0,025°C	Voltmeter, CJC på	0°C≥t≥800°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,033°C – 0,037°C	Voltmeter, CJC på	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,038°C – 0,031°C	Voltmeter, CJC på	-100°C≥t≥0°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,042°C – 0,033°C	Voltmeter, CJC på	0°C≥t≥800°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,050°C – 0,056°C	Temperaturkalibrator, CJC av	50°C≥t≥800°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,051°C – 0,042°C	Voltmeter, CJC på	-100°C≥t≥0°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,056°C – 0,074°C	Temperaturkalibrator, CJC av	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,066°C – 0,050°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-100°C≥t≥50°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,075°C – 0,091°C	Temperaturkalibrator, CJC på	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,082°C – 0,038°C	Voltmeter, CJC på	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,085°C – 0,075°C	Temperaturkalibrator, CJC på	0°C≥t≥800°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,10°C – 0,085°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-100°C≥t≥0°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,051°C	Voltmeter, CJC på	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,15°C – 0,066°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J	Elektriskt simulerad temperatur	0,23°C – 0,10°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,012°C – 0,018°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥-1372°C	TC Type K (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,012°C – 0,018°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥-1372°C	TC Type K (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,030°C – 0,012°C	Voltmeter, CJC av	-195°C≥t≥0°C	TC Type K (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,030°C – 0,012°C	Voltmeter, CJC av	-195°C≥t≥0°C	TC Type K (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,038°C – 0,046°C	Voltmeter, CJC på	50°C≥t≥1372°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,051°C – 0,062°C	Voltmeter, CJC på	50°C≥t≥1372°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,064°C – 0,11°C	Temperaturkalibrator, CJC av	50°C≥t≥-1372°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,089°C – 0,13°C	Temperaturkalibrator, CJC på	50°C≥t≥-1372°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,096°C – 0,038°C	Voltmeter, CJC på	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,030°C	Voltmeter, CJC av	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,030°C	Voltmeter, CJC av	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,051°C	Voltmeter, CJC på	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,17°C – 0,064°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,23°C – 0,089°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,41°C – 0,096°C	Voltmeter, CJC på	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,56°C – 0,13°C	Voltmeter, CJC på	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,67°C – 0,13°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,67°C – 0,13°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,73°C – 0,17°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	0,99°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	2,1°C – 0,41°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	2,8°C – 0,56°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	3,7°C – 0,73°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K	Elektriskt simulerad temperatur	5,1°C – 0,99°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,013°C – 0,017°C	Voltmeter, CJC av	400°C≥t≥1300°C	TC Type N (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,013°C – 0,017°C	Voltmeter, CJC av	400°C≥t≥1300°C	TC Type N (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,023°C – 0,013°C	Voltmeter, CJC av	-100°C≥t≥400°C	TC Type N (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,023°C – 0,013°C	Voltmeter, CJC av	-100°C≥t≥400°C	TC Type N (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,030°C – 0,032°C	Voltmeter, CJC på	600°C≥t≥1300°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,031°C – 0,034°C	Voltmeter, CJC på	600°C≥t≥1300°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,049°C – 0,023°C	Voltmeter, CJC av	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,049°C – 0,023°C	Voltmeter, CJC av	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,054°C – 0,030°C	Voltmeter, CJC på	-100°C≥t≥600°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,058°C – 0,031°C	Voltmeter, CJC på	-100°C≥t≥600°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,078°C – 0,10°C	Temperaturkalibrator, CJC av	400°C≥t≥1300°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,085°C – 0,10°C	Temperaturkalibrator, CJC på	400°C≥t≥1300°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,054°C	Voltmeter, CJC på	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,12°C – 0,058°C	Voltmeter, CJC på	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,078°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-100°C≥t≥400°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,14°C – 0,085°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-100°C≥t≥400°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,27°C – 0,13°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	0,30°C – 0,14°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	1,4°C – 0,049°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	1,4°C – 0,049°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	3,3°C – 0,11°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	3,5°C – 0,12°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (volmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	8,0°C – 0,27°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N	Elektriskt simulerad temperatur	9,0°C – 0,30°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,014°C – 0,020°C	Voltmeter, CJC av	100°C≥t≥1395°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,014°C – 0,020°C	Voltmeter, CJC av	100°C≥t≥1395°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,016°C – 0,014°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,016°C – 0,014°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,075°C – 0,087°C	Temperaturkalibrator, CJC av	100°C≥t≥925°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,087°C – 0,075°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ Platinell	Elektriskt simulerad temperatur	0,087°C – 0,13°C	Temperaturkalibrator, CJC av	925°C≥t≥1395°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,040°C – 0,040°C	Voltmeter, CJC av	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,040°C – 0,040°C	Voltmeter, CJC av	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,076°C – 0,040°C	Voltmeter, CJC av	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,076°C – 0,040°C	Voltmeter, CJC av	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,076°C	Voltmeter, CJC av	-50°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, volmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,076°C	Voltmeter, CJC av	-50°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, voltmeter CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,20°C – 0,22°C	Temperaturkalibrator, CJC på	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,23°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC av	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,36°C – 0,20°C	Temperaturkalibrator, CJC på	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,41°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC av	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,53°C – 0,36°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-30°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,59°C – 0,41°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-30°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,63°C – 0,53°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-50°C≥t≥-30°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R	Elektriskt simulerad temperatur	0,70°C – 0,59°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-50°C≥t≥-30°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,041°C – 0,048°C	Voltmeter, CJC av	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,041°C – 0,048°C	Voltmeter, CJC av	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,058°C – 0,041°C	Voltmeter, CJC av	200°C≥t≥1200°C	TC Type S (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,058°C – 0,041°C	Voltmeter, CJC av	200°C≥t≥1200°C	TC Type S (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,060°C – 0,071°C	Voltmeter, CJC på	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,061°C – 0,072°C	Voltmeter, CJC på	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,090°C – 0,058°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥200°C	TC Type S (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,090°C – 0,058°C	Voltmeter, CJC av	0°C≥t≥200°C	TC Type S (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,060°C	Voltmeter, CJC på	50°C≥t≥1200°C	TC Type S (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,11°C – 0,061°C	Voltmeter, CJC på	50°C≥t≥1200°C	TC Type S (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,12°C – 0,090°C	Voltmeter, CJC av	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,12°C – 0,090°C	Voltmeter, CJC av	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,13°C – 0,11°C	Voltmeter, CJC på	0°C≥t≥50°C	TC Type S (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,18°C – 0,13°C	Voltmeter, CJC på	-50°C≥t≥-0°C	TC Type S (voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,21°C – 0,26°C	Temperaturkalibrator, CJC på	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,24°C – 0,29°C	Temperaturkalibrator, CJC av	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,36°C – 0,21°C	Temperaturkalibrator, CJC på	50°C≥t≥1200°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,40°C – 0,24°C	Temperaturkalibrator, CJC av	50°C≥t≥1200°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,43°C – 0,36°C	Temperaturkalibrator, CJC på	0°C≥t≥50°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,48°C – 0,40°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥50°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,59°C – 0,43°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S	Elektriskt simulerad temperatur	0,66°C – 0,48°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,014°C – 0,0081°C	Voltmeter, CJC av	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,014°C – 0,0081°C	Voltmeter, CJC av	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,042°C – 0,024°C	Voltmeter, CJC på	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,056°C – 0,014°C	Voltmeter, CJC av	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,056°C – 0,014°C	Voltmeter, CJC av	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,059°C – 0,034°C	Voltmeter, CJC på	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,075°C – 0,050°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,095°C – 0,056°C	Voltmeter, CJC av	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,095°C – 0,056°C	Voltmeter, CJC av	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,10°C – 0,062°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,17°C – 0,042°C	Voltmeter, CJC på	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,19°C – 0,076°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-210°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,23°C – 0,059°C	Voltmeter, CJC på	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,25°C – 0,10°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-210°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,29°C – 0,17°C	Voltmeter, CJC på	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,40°C – 0,23°C	Voltmeter, CJC på	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,49°C – 0,095°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, volmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,49°C – 0,095°C	Voltmeter, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltmeter, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,54°C – 0,19°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-255°C≥t≥-210°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	0,71°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-255°C≥t≥-210°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	1,5°C – 0,29°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	2,0°C – 0,40°C	Voltmeter, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltmeter, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	2,7°C – 0,54°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T	Elektriskt simulerad temperatur	3,6°C – 0,71°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0012°C – 0,0052°C	-	0°C≥t≥100°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0012°C – 0,0052°C	Resistans 4-tråd	0°C≥t≥100°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0025°C – 0,0012°C	-	-200°C≥t≥0°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0025°C – 0,0012°C	Resistans 4-tråd	-200°C≥t≥0°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0052°C – 0,0062°C	-	100°C≥t≥200°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0052°C – 0,0062°C	Resistans 4-tråd	100°C≥t≥200°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0062°C – 0,0088°C	-	200°C≥t≥400°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0062°C – 0,0088°C	Resistans 4-tråd	200°C≥t≥400°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0088°C – 0,015°C	-	400°C≥t≥800°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Ludvika (ID 007)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, resistanstermometer RTD	Generering av resistans	0,0088°C – 0,015°C	Resistans 4-tråd	400°C≥t≥800°C	RTD (IEC 60751)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,063°C – 0,065°C	Spänningskalibrator, CJC av	1500°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,20°C – 0,063°C	Spänningskalibrator, CJC av	350°C≥t≥1500°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,28°C – 0,20°C	Spänningskalibrator, CJC av	250°C≥t≥350°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,46°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC av	580°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,46°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC på	580°C≥t≥1820°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,58°C – 0,46°C	Temperaturkalibrator, CJC av	445°C≥t≥580°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,58°C – 0,46°C	Temperaturkalibrator, CJC på	445°C≥t≥580°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,74°C – 0,58°C	Temperaturkalibrator, CJC av	350°C≥t≥445°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	0,74°C – 0,58°C	Temperaturkalibrator, CJC på	350°C≥t≥445°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	1,0°C – 0,74°C	Temperaturkalibrator, CJC av	250°C≥t≥350°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ B	Generering av spänning	1,0°C – 0,74°C	Temperaturkalibrator, CJC på	250°C≥t≥350°C	TC Type B (IEC 60584-1:2013,temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ C	Generering av spänning	0,040°C – 0,091°C	Spänningskalibrator, CJC av	250°C≥t≥2315°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ C	Generering av spänning	0,052°C – 0,040°C	Spänningskalibrator, CJC av	0°C≥t≥250°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ C	Generering av spänning	0,15°C – 0,38°C	Temperaturkalibrator, CJC av	250°C≥t≥2315°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ C	Generering av spänning	0,19°C – 0,15°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥250°C	TC Type C (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ D	Generering av spänning	0,040°C – 0,089°C	Spänningskalibrator, CJC av	300°C≥t≥2315°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ D	Generering av spänning	0,073°C – 0,040°C	Spänningskalibrator, CJC av	0°C≥t≥300°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ D	Generering av spänning	0,15°C – 0,27°C	Temperaturkalibrator, CJC av	300°C≥t≥2100°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ D	Generering av spänning	0,20°C – 0,15°C	Temperaturkalibrator, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ D	Generering av spänning	0,27°C – 0,20°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ D	Generering av spänning	0,27°C – 0,37°C	Temperaturkalibrator, CJC av	2100°C≥t≥2315°C	TC Type D (ASTM E230-E230M-17, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,013°C – 0,015°C	Spänningskalibrator, CJC av	15°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,028°C – 0,013°C	Spänningskalibrator, CJC av	-195°C≥t≥15°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,045°C – 0,059°C	Temperaturkalibrator, CJC av	15°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,049°C – 0,041°C	Spänningskalibrator, CJC på	15°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,064°C – 0,028°C	Spänningskalibrator, CJC av	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,092°C – 0,045°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-195°C≥t≥15°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,11°C – 0,049°C	Spänningskalibrator, CJC på	-195°C≥t≥15°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,14°C – 0,082°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-155°C≥t≥1000°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,19°C – 0,14°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-195°C≥t≥-155°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,21°C – 0,092°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,25°C – 0,11°C	Spänningskalibrator, CJC på	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,44°C – 0,19°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-245°C≥t≥-195°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	0,47°C – 0,064°C	Spänningskalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	1,5°C – 0,21°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	1,8°C – 0,25°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ E	Generering av spänning	3,3°C – 0,44°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-245°C	TC Type E (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	0,041°C – 0,068°C	Spänningskalibrator, CJC av	600°C≥t≥2315°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	0,13°C – 0,041°C	Spänningskalibrator, CJC av	100°C≥t≥600°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	0,16°C – 0,28°C	Temperaturkalibrator, CJC av	600°C≥t≥2315°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	0,23°C – 0,16°C	Temperaturkalibrator, CJC av	300°C≥t≥600°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	0,49°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC av	100°C≥t≥300°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	0,54°C – 0,13°C	Spänningskalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ G	Generering av spänning	2,0°C – 0,49°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type G (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,014°C – 0,018°C	Spänningskalibrator, CJC av	100°C≥t≥1200°C	TC Type J (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,018°C – 0,014°C	Spänningskalibrator, CJC av	-100°C≥t≥100°C	TC Type J (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,038°C – 0,018°C	Spänningskalibrator, CJC av	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,038°C – 0,042°C	Spänningskalibrator, CJC på	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,040°C – 0,045°C	Spänningskalibrator, CJC på	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,042°C – 0,038°C	Spänningskalibrator, CJC på	50°C≥t≥800°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,047°C – 0,040°C	Spänningskalibrator, CJC på	50°C≥t≥800°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,052°C – 0,042°C	Spänningskalibrator, CJC på	-100°C≥t≥50°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,052°C – 0,058°C	Temperaturkalibrator, CJC av	50°C≥t≥800°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,058°C – 0,075°C	Temperaturkalibrator, CJC av	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,060°C – 0,047°C	Spänningskalibrator, CJC på	-100°C≥t≥50°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,062°C – 0,052°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-100°C≥t≥50°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,080°C – 0,097°C	Temperaturkalibrator, CJC på	800°C≥t≥1200°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,089°C – 0,080°C	Temperaturkalibrator, CJC på	0°C≥t≥800°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,11°C – 0,052°C	Spänningskalibrator, CJC på	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,11°C – 0,089°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-100°C≥t≥0°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,13°C – 0,060°C	Spänningskalibrator, CJC på	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,13°C – 0,062°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ J	Generering av spänning	0,24°C – 0,11°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-210°C≥t≥-100°C	TC Type J (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,018°C – 0,027°C	Spänningskalibrator, CJC av	50°C≥t≥-1372°C	TC Type K (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,044°C – 0,055°C	Spänningskalibrator, CJC på	400°C≥t≥1372°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,045°C – 0,018°C	Spänningskalibrator, CJC av	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,046°C – 0,044°C	Spänningskalibrator, CJC på	0°C≥t≥400°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,048°C – 0,061°C	Spänningskalibrator, CJC på	400°C≥t≥1372°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,051°C – 0,048°C	Spänningskalibrator, CJC på	0°C≥t≥400°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,065°C – 0,11°C	Temperaturkalibrator, CJC av	50°C≥t≥-1372°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,094°C – 0,14°C	Temperaturkalibrator, CJC på	50°C≥t≥-1372°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,10°C – 0,046°C	Spänningskalibrator, CJC på	-195°C≥t≥0°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,12°C – 0,051°C	Spänningskalibrator, CJC på	-195°C≥t≥0°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,15°C – 0,065°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,19°C – 0,045°C	Spänningskalibrator, CJC av	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,24°C – 0,094°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-195°C≥t≥50°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,66°C – 0,15°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	0,974°C – 0,19°C	Spänningskalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	1,0°C – 0,24°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-255°C≥t≥-195°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	2,2°C – 0,10°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-195°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	2,7°C – 0,12°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-195°C	TC Type K (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	3,4°C – 0,66°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ K	Generering av spänning	5,4°C – 1,0°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type K (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,021°C – 0,025°C	Spänningskalibrator, CJC av	800°C≥t≥1300°C	TC Type N (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,027°C – 0,021°C	Spänningskalibrator, CJC av	0°C≥t≥800°C	TC Type N (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,034°C – 0,039°C	Spänningskalibrator, CJC på	600°C≥t≥1300°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,039°C – 0,042°C	Spänningskalibrator, CJC på	600°C≥t≥1300°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,060°C – 0,034°C	Spänningskalibrator, CJC på	-100°C≥t≥600°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,061°C – 0,039°C	Spänningskalibrator, CJC på	-100°C≥t≥600°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,072°C – 0,027°C	Spänningskalibrator, CJC av	-200°C≥t≥0°C	TC Type N (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,079°C – 0,10°C	Temperaturkalibrator, CJC av	400°C≥t≥1300°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,093°C – 0,12°C	Temperaturkalibrator, CJC på	400°C≥t≥1300°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,12°C – 0,061°C	Spänningskalibrator, CJC på	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,12°C – 0,079°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-100°C≥t≥400°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,13°C – 0,060°C	Spänningskalibrator, CJC på	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,16°C – 0,093°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-100°C≥t≥400°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,25°C – 0,12°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	0,33°C – 0,16°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-200°C≥t≥-100°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	2,1°C – 0,072°C	Spänningskalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	3,6°C – 0,12°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	3,7°C – 0,13°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	7,5°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ N	Generering av spänning	9,7°C – 0,33°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-200°C	TC Type N (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell	Generering av spänning	0,021°C – 0,031°C	Spänningskalibrator, CJC av	100°C≥t≥1395°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell	Generering av spänning	0,024°C – 0,021°C	Spänningskalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell	Generering av spänning	0,076°C – 0,087°C	Temperaturkalibrator, CJC av	100°C≥t≥925°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell	Generering av spänning	0,087°C – 0,13°C	Temperaturkalibrator, CJC av	925°C≥t≥1395°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ Platinell	Generering av spänning	0,088°C – 0,076°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type Platinell (ASTM E1751-E1751M-15, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,059°C – 0,063°C	Spänningskalibrator, CJC av	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,11°C – 0,059°C	Spänningskalibrator, CJC av	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,19°C – 0,11°C	Spänningskalibrator, CJC av	-50°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, voltage calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,23°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC av	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,23°C – 0,25°C	Temperaturkalibrator, CJC på	775°C≥t≥1768°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,41°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC av	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,41°C – 0,23°C	Temperaturkalibrator, CJC på	45°C≥t≥775°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,59°C – 0,41°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-30°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,60°C – 0,41°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-30°C≥t≥45°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,70°C – 0,59°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-50°C≥t≥-30°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ R	Generering av spänning	0,71°C – 0,60°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-50°C≥t≥-30°C	TC Type R (IEC 60581-1:2013, temperature calibrator CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,061°C – 0,074°C	Spänningskalibrator, CJC av	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,070°C – 0,083°C	Spänningskalibrator, CJC på	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,076°C – 0,091°C	Spänningskalibrator, CJC på	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,095°C – 0,061°C	Spänningskalibrator, CJC av	100°C≥t≥1200°C	TC Type S (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,095°C – 0,070°C	Spänningskalibrator, CJC på	200°C≥t≥1200°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,10°C – 0,076°C	Spänningskalibrator, CJC på	200°C≥t≥1200°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,13°C – 0,095°C	Spänningskalibrator, CJC av	0°C≥t≥100°C	TC Type S (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,15°C – 0,095°C	Spänningskalibrator, CJC på	0°C≥t≥200°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,16°C – 0,10°C	Spänningskalibrator, CJC på	0°C≥t≥200°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,18°C – 0,13°C	Spänningskalibrator, CJC av	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,20°C – 0,15°C	Spänningskalibrator, CJC på	-50°C≥t≥-0°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,21°C – 0,16°C	Spänningskalibrator, CJC på	-50°C≥t≥-0°C	TC Type S (voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,24°C – 0,29°C	Temperaturkalibrator, CJC av	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,24°C – 0,30°C	Temperaturkalibrator, CJC på	1200°C≥t≥1768°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,40°C – 0,24°C	Temperaturkalibrator, CJC av	50°C≥t≥1200°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,41°C – 0,24°C	Temperaturkalibrator, CJC på	50°C≥t≥1200°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,48°C – 0,40°C	Temperaturkalibrator, CJC av	0°C≥t≥50°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,49°C – 0,41°C	Temperaturkalibrator, CJC på	0°C≥t≥50°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,66°C – 0,48°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ S	Generering av spänning	0,67°C – 0,49°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-50°C≥t≥0°C	TC Type S (temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,021°C – 0,014°C	Spänningskalibrator, CJC av	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,048°C – 0,032°C	Spänningskalibrator, CJC på	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,057°C – 0,034°C	Spänningskalibrator, CJC på	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,075°C – 0,051°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,082°C – 0,021°C	Spänningskalibrator, CJC av	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,11°C – 0,067°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-40°C≥t≥400°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,14°C – 0,082°C	Spänningskalibrator, CJC av	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,17°C – 0,075°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-210°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,18°C – 0,048°C	Spänningskalibrator, CJC på	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,23°C – 0,057°C	Spänningskalibrator, CJC på	-240°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,27°C – 0,11°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-210°C≥t≥-40°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,30°C – 0,18°C	Spänningskalibrator, CJC på	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,38°C – 0,23°C	Spänningskalibrator, CJC på	-255°C≥t≥-240°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,48°C – 0,17°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-255°C≥t≥-210°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,71°C – 0,14°C	Spänningskalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, voltage calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	0,75°C – 0,27°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-255°C≥t≥-210°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	1,5°C – 0,30°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	2,0°C – 0,38°C	Spänningskalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013,voltage calibrator, ice point reference, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	2,5°C – 0,48°C	Temperaturkalibrator, CJC av	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC off)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; AKL0012/2018:PMM11523	Temperaturvisande instrument, termoelement typ T	Generering av spänning	3,8°C – 0,75°C	Temperaturkalibrator, CJC på	-270°C≥t≥-255°C	TC Type T (IEC 60584-1:2013, temperature calibrator, CJC on)	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007) Trollhättan (ID 008)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,0020 °C	Gallium smältpunkt Kalibrering i temperaturfixpunkt, temperaturskala ITS-90	29,7646 °C	Direktvisande resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,0070 °C	Gallium smältpunkt Kalibrering i temperaturfixpunkt, temperaturskala ITS-90	29,7646 °C	Resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,024 °C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (etanol, vatten)	-80 - 90 °C	Direktvisande resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,029 °C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (olja)	90 - 250 °C	Direktvisande resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,030 °C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (etanol, vatten)	-80 - 90 °C	Resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,035 °C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (olja)	90 - 250 °C	Resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108227	Temperaturvisande	-	0,11°C - 0,41°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i ugn	50 - 650 °C	Resistanstermometerar (SPRT, IPRT och termistor) (även direktvisande)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	0,10°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (etanol, vatten)	-80 - 90 °C	Direktvisande termoelementstermometer	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	0,14 °C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (etanol, vatten)	-80 - 90 °C	Termoelement (ädla och oädla)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	0,15°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (olja)	90 - 250 °C	Direktvisande termoelementstermometer	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Temperatur

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Parameter / Egenskaper	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	0,18°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i termostatisk bad (olja)	90 - 250 °C	Termoelement (ädla och oädla)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	0,30°C - 0,70°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i ugn	50 - 650 °C	Termolement eller direktvisande termoelementstermometer (ädla och oädla)	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	0,7°C to 1,0°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i ugn	300 - 1000 °C	Termolement eller direktvisande termoelementstermometer (ädla och oädla)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-SE-SOP108484	Temperaturvisande	-	1,0°C to 1,2°C	Jämförelse mot standard resistanstermometer. Jämförelse i ugn	1000 - 1200 °C	Termolement eller direktvisande termoelementstermometer (ädla och oädla)	Typ 2		Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	0,36°C	Systemnoggrannhetstest	-50°C - 0°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	0,47°C	Systemnoggrannhetstest	0°C - 210°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	0,47°C	Temperaturjämnhetsmätning	0°C - 210°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	0,65°C	Systemnoggrannhetstest	210°C - 260°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	0,65°C	Temperaturjämnhetsmätning	210°C - 260°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	1,1°C - 2,2 °C	Systemnoggrannhetstest	260°C - 1200°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Temperatur	Intern metod; EL-CA-T-MOM-X-SOP104950	Temperaturvisande	-	1,1°C - 2,2°C	Temperaturjämnhetsmätning	260°C - 1200°C	Baserad på kraven i AMS 2750	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Tid och frekvens

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Frekvens	Intern metod; T/2003:PMM919	Tidsvisande	0,0000061 µs - 0,0097 ms	Kalibrering av horisontal avböjning med oscilloskopkalibrator	1 µs - 100 ms	-	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2003:PMM919	Tidsvisande	0,0000061 µs - 0,0097 ms	Kalibrering av horisontal avböjning med oscilloskopkalibrator	1 µs - 100 ms	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$(1{,}9 \times 10^{-6} \times f) - (2{,}0 \times 10^{-6} \times f)$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	1 - 2 MHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$1{,}9 \times 10^{-6} \times f$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	1 - 10 Hz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$1{,}9 \times 10^{-6} \times f$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	1 - 10 kHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$1{,}9 \times 10^{-6} \times f$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	10 - 100 Hz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$1{,}9 \times 10^{-6} \times f$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	10 - 100 kHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$1{,}9 \times 10^{-6} \times f$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	100 Hz - 1 kHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2004:PMM2215	Frekvensvisande	$1{,}9 \times 10^{-6} \times f$	Kalibrering av frekvens med kalibrator	100 kHz - 1 MHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3371	Genererande	$1{,}2 \cdot 10^{-12} \cdot f$	Mätning av frekvens med GPS-mottagare	1 MHz - 10 MHz	-	Typ 2		Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	$1{,}6 \cdot 10^{-10} \cdot f - 6{,}0 \cdot 10^{-11} \cdot f$	Mätning av frekvens med frekvensräknare	1 kHz - 1 MHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	$1{,}6 \cdot 10^{-10} \cdot f - 6{,}2 \cdot 10^{-11} \cdot f$	Mätning av frekvens med frekvensräknare	1 kHz - 1 MHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	1,6E-010∗T - 2,9E-007∗T	Mätning av frekvens med frekvensräknare, periodtid	1 ms - 1 s	T=uppmätt periodtid	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Tid och frekvens

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-3}\cdot f$ - $2{,}9\cdot10^{-7}\cdot f$	Mätning av frekvens med frekvensräknare	10 mHz - 1 Hz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-7}\cdot f$ - $1{,}6\cdot10^{-10}\cdot f$	Mätning av frekvens med frekvensräknare	1 Hz - 1 kHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	2,9E-007*T - 0,00029*T	Mätning av frekvens med frekvensräknare, periodtid	1 s - 100 s	T=uppmätt periodtid	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	$6{,}0\cdot10^{-11}\cdot f$	Mätning av frekvens med frekvensräknare	1 GHz - 40 GHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	$6{,}0\cdot10^{-11}\cdot f$	Mätning av frekvens med frekvensräknare	1 MHz - 1 GHz	f=uppmätt frekvens	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	6E-011*T	Mätning av frekvens med frekvensräknare, periodtid	25 ps - 1 ns	T=uppmätt periodtid	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Frekvens	Intern metod; T/2005:PMM3372	Genererande	6E-011*T - 1,6E-010*T	Mätning av frekvens med frekvensräknare, periodtid	1 ns - 1 ms	T=uppmätt periodtid	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Göteborg (ID 012) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tid	Intern metod; AKL0012/2019:PMM11829	Tidsvisande	0,037 s/day - 0,039 s/day	-	± 0 s/day ≥ r ≤ ± 10 s/day	-	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Tid	Intern metod; AKL0012/2019:PMM11829	Tidsvisande	0,039 s/day - 0,12 s/day	-	± 10 s/day ≥ r ≤ ± 100 s/day	-	Typ 2	Utförs i fält	Trollhättan (ID 008)
Tid	Intern metod; T/2003:PMM919	Tidsvisande	0,0000061 µs - 0,0097 ms	Kalibrering av horisontal avböjning med oscilloskopkalibrator	1 µs - 100 ms	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Tid	Intern metod; T/2004:PMM2216	Frekvensvisande	0,0077 % - 0,0078 %	Kalibrera pulskvot på multimeter med kalibrator	10 % - 90 %	10 Hz - 1 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Tid	Intern metod; T/2004:PMM2216	Frekvensvisande	0,0078%-0,021%	Kalibrera pulskvot på multimeter med kalibrator	10 % - 90 %	1 kHz - 100 kHz	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005) Ludvika (ID 007)
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-1}\cdot t$ - $2{,}9\cdot10^{-4}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1 ns - 1 µs	-	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Tid och frekvens

Mätstorhet	Metod/procedur	Produkt / objekt	Utvidgad mätosäkerhet ±	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå	Anmärkning	Flex		Verksamhetsställe
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-1}\cdot t$ - $2{,}9\cdot10^{-4}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1 ns - 1 µs	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-10}\cdot t$ - $6{,}0\cdot10^{-11}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1 s - 1000 s	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-4}\cdot t$ - $2{,}9\cdot10^{-7}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1 µs - 1 ms	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001)
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-4}\cdot t$ - $2{,}9\cdot10^{-7}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1 µs - 1 ms	-	Typ 2	Utförs i fält	Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$2{,}9\cdot10^{-7}\cdot t$ - $2{,}9\cdot10^{-10}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1 ms - 1 s	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005)
Tid	Intern metod; T/2005:PMM3373	Genererande	$6{,}0\cdot10^{-11}\cdot t$	Mätning av tid med frekvensräknare	1000 s - $1\cdot10^{7}$ s	-	Typ 2	Utförs i fält	Arboga (ID 001) Linköping, Huvudkontor (ID 005)

Kalibrerings och mätförmåga (CMC) inkluderar mätstorhet (teknikområde), metod, mätområde och utvidgad mätosäkerhet. Den utvidgade mätosäkerheten motsvarar en täckningssannolikhet (konfidensnivå) av ~95%.

Det ackrediterade organet har beviljats flexibel omfattning. Organet ska på begäran kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över ackrediteringens aktuella omfattning.

Typ 2 av flexibilitet:

- Införa ny version av standardmetod - Göra redaktionella ändringar i icke-standardiserad metod - Införa ny version och modifieringar av icke-standardiserad metod. Förfarandet ska vara likvärdigt. - De förändringar som införs genom ackreditering med flexibel omfattning får för kalibreringslaboratorier inte innebära nya mätprinciper, förändringar av mätområde, CMC (bästa mätförmåga) eller nya storheter än de som finns i ackrediteringsbeslutet.

Kravdokument

STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering